

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada pemeriksaan crossmatch yang diinkubasi pada waterbath dan inkubator. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 1,000 dimana nilai Sig. > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang bermakna.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apabila waterbath tidak tersedia, maka inkubasi pada pemeriksaan crossmatch dapat dilakukan di inkubator.
2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan hasil pemeriksaan crossmatch metode tabung dengan inkubasi pada waterbath dan inkubator 37°C dengan sampel inkompatibel.