

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Rata- rata nilai aPTT pada plasma sitrat yang dilakukan pemeriksaan segera dan pemeriksaaan yang ditunda selama 7 jam pada suhu 2 - 8° C sebesar 28 detik dan 31 detik.
2. Setelah di uji secara statistic dengan uji Paired sampel T-Test didapatkan nilai $p < 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat perbedaanyang bermakna antara nilai Apttyang di periksa langsung dan ditunda selama 7 jam pada suhu 2 - 8°C

1.2 Saran

1. Pada pemeriksaan aPTT menggunakan plasma sitrat dapat dilakukan segera maupun ditunda sampai 7 jam pada suhu 2 - 8° C.
2. Disarankan bagi calon peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai pengaruh waktu dan suhu penyimpanan sampel terhadap hasil pemeriksaan aPTT dengan menggunakan alat koagulometer semi otomatis .