

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada stabilitas reagen kerja kreatinin dengan penundaan 1 jam pada suhu 25°C, sedangkan terdapat perbedaan yang bermakna pada stabilitas reagen kerja kreatinin dengan penundaan 3 dan 5 jam pada suhu 25°C.

#### **5.1 Saran**

Penulis menyarankan kepada teknisi laboratorium untuk tidak melakukan penundaan reagen kerja kreatinin. Apabila dilakukan penundaan diharapkan untuk tidak lebih dari 1 jam dan diharapkan untuk melakukan penundaan pada suhu yang lebih rendah.